

ZP/2501/33/18

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę mebli medycznych**

(33 PN 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm gwarantującym stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe?	TAK
2.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. zewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika.	TAK
3.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem składającym się z 4 segmentów, z ruchomym segmentem oparcia pleców, ud i łydek?	Zgodnie z SIWZ
4.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi stalowymi panelami z otworami wentylacyjnymi? Siatka uniemożliwia skuteczną dezynfekcję oraz przeprowadzenie reanimacji, dodatkowo przedwcześnie zużywa pokrowce materacy.	TAK
5.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją oparcia pleców przy pomocy mechanizmu śrubowego – korba umieszczona pod szczytem od strony nóg pacjenta? Mechanizm korbowy gwarantuje długotrwałą eksploatację i stabilność elementów leża.	NIE
6.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją oparcia ud przy pomocy mechanizmu śrubowego – korba umieszczona pod szczytem od strony nóg pacjenta? Mechanizm korbowy gwarantuje długotrwałą eksploatację i stabilność elementów leża.	NIE
7.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia łydek przy pomocy mechanizmu rastrowego?	TAK
8.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem pochylenia oparcia pleców 65°?	TAK
9.	Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w pokrowiec z przepuszczalnością powietrza nie gorszą niż 300g/m ² /24h w temperaturze 30°C?	NIE
10.	Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu odpornym na dezynfekcję termiczną i parową w 100°C, jednak bez możliwości jego prasowania?	NIE
11.	Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych, boki korpusu wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV?	TAK

12.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym o wymiarach 430 x 450 mm?	NIE
13.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 580 x 410 mm?	TAK
14.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 770 do 1040 mm?	TAK
15.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z przechyłem blatu bocznego do 45°?	Zgodnie z SIWZ
16.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wyposażonym w aluminiowe listwy w kształcie litery C zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechylenie blatu?	TAK
17.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym składanym do boku szafki, który po złożeniu wystaje poza obrys szafki?	NIE
18.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad wykonanymi z płyty z tworzywa HPL, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?	TAK
19.	Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 2 szuflady otwierane jednostronnie oraz przekładany blat boczny, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka?	NIE
20.	Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dolną szufladę o wysokości 35 cm?	Zgodnie z SIWZ
21.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą dolną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części, w tym miejsce na butelki?	Zgodnie z SIWZ
22.	Czy Zamawiający dopuści szafkę wolna przestrzeń pomiędzy dwoma szufladami o wysokości 16,5 cm?	Zgodnie z SIWZ
23.	Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?	Zgodnie z SIWZ. Termin realizacji zamówienia jest do 29.06.2018 r.
24.	Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?	TAK
25.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą, co w żaden sposób nie utrudnia dostępu do pacjenta, czy schodzenia pacjenta z łóżka?	TAK
26.	Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome (segment oparcia pleców, uda, podudzia)?	Zgodnie z SIWZ
27.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?	TAK
28.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 925 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2,5 cm?	TAK
29.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 5 kg?	TAK
30.	Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowej rury pokrytej chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?	TAK
31.	Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m3?	NIE
32.	Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pokrowcem o przepuszczalności pary wodnej 484g/m2/24h w temperaturze 37oC?	Zgodnie z SIWZ
33.	Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pokrowcem o gęstości 175 ± 20 g/m2 ?	Zgodnie z SIWZ

34.	Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pokrowcem bez dodatku substancji przeciwgrzybiczych ?	NIE
35.	Czy zamawiający dopuści materac pasywny bez właściwości przeciwdrożdżynowych?	NIE
36.	Czy zamawiający dopuści materac pasywny o parametrach równoważnych?	Zgodnie z SIWZ
37.	Czy zamawiający dopuści materac bez możliwości prasowania pokrowca? Materiału z którego wykonany jest pokrowiec nie prasuje się.	NIE
38.	Czy zamawiający dopuści certyfikat 13485:2012, który jest aktualną wersją certyfikatu 13485?	TAK
39.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.	NIE
40.	Prosimy o wskazanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Certyfikaty dopuszczenia”?	Zgodnie z SIWZ
41.	Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami bez mechanizmu samodomykającego się, ale z magnesem?	NIE
42.	Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z przestrzenią między szufladą, a drzwiczkami o wysokości 17,5 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 0,5 cm?	TAK
43.	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.	NIE


 DYREKTOR
 Andrzej Kamasa

INSPEKTOR
 Sekcja Zamówień Publicznych

 Lukasz Blaszczyk

