

Ciechanów dnia 23.03.2018 r.

AT - ZP/2501/1/18

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia, w ramach zadania Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Znak sprawy: 1/PN/2018**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, o omyłkach pisarskich w wyjaśnieniach z dnia 22.03.2018 r..

Poniższe zestawienie koryguje omyłki:

poz.	treść zapytania	w odpowiedzi z dnia 22.03.2018 r. jest:	winnobyć
13	Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii , którym regulacja wysokości leża odbywa się za pomocą elektrycznych siłowników kolumnowych o prostokątnym przekroju?	Tak	Nie
102	Pytanie 12. Dot. 56. Komora dozymetryczna do pomiaru dawki (DAP) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z wbudowanym fabrycznie w system kalkulatorem dawki? Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni równoważne, zgodne z wymogami, a poprawnie skalibrowane zapewnia dokładne wskazania dawki – dodatkowo dzięki integracji z aparatem umożliwia znaczne ograniczenie dodatkowych zbędnych kabli i urządzeń – oraz dodatkowych kosztów.	Nie zmieniamy odnośnych zapisów SIWZ	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Wiesław Bablzewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych